

Konstancin-Jeziorna, dn. 21.04.2021 r.

Do zainteresowanych

### Zawiadomienie

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawa implantów dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.  
(nr referencyjny sprawy: A/F/2/2021).

W postępowaniu przetargowym na dostawę implantów na potrzeby Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o." nr referencyjny sprawy: A/F/2/2021 wpłynęły zapytania.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 1, ust 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.) informuje, że:

#### Pytanie nr 1

Do pak. 14 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawu do mieszania cementu występującego w 1 zunifikowanym rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętości 1x80g?

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie nr 2

Do pak. 16 poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie cementu kostnego z gentamycyną, sterylizowanego tlenkiem etylenu, przy czym obydwaj jego składniki będą barwione na zielono chlorofilem. Opakowanie po 40g”?

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 3**

Do pak. 16 poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawu do mieszania cementu występującego w 1 zunifikowanym rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętości 1x80g?

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 4**

Pytanie do pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści produkt nowej generacji o następujących parametrach:

Jednorazowy zestaw do płukania pola operacyjnego i odsysania jamy szpikowej z zasilaniem baterijnym (8 baterii AA) oraz końcówkami do płukania i odsysania pola operacyjnego. W ofercie co najmniej 12 różnych końcówek (m in.: końcówka wysokoprzepływowa, do oczyszczania kości, do tkanek miękkich, do czyszczenia kanału kości udowej). Przepływ 1400 ml/min umożliwiający szybkie i dokładne opracowanie rany. Stożkowa tarcza przeciwrozpryskowa 152 mm zapewniająca ochronę personelu chirurgicznego. Możliwość równoczesnego odsysania.

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie tego produktu.**

**Pytanie nr 5**

Do pak. 2

Prosimy o informację na temat ilości kompletów, które należy wycenić.?

**Odpowiedz: Zamawiający dokonał niezbędnych zmian w formularzu i opublikuje na stronie www.**

**Pytanie nr 6**

Do pak. 2

W wierszu 5 Zamawiający dwukrotnie wpisał wartość brutto. Czy Zamawiający ma na myśli wartość netto i wartość brutto?

**Odpowiedz: Tak. Zamawiający dokonał zmiany.**

#### Pytanie nr 7

Do pak. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie „banku implantów” tylko w zakresie pozycji 1 i 2? Przedmiot zamówienia wymieniony w pozycjach 3-11 byłby dostarczany w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

**Odpowiedz: Zamawiający zgadza się na utworzenie „banku implantów” tylko w zakresie pozycji 1 i 2.**

#### Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści umowy w następujących przypadkach:

- zastąpienie produktów będących przedmiotem umowy produktami zamiennymi przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co najmniej równorzędnych z produktami będącymi przedmiotem umowy i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku wprowadzenia nowego produktu stanowiącego odpowiednik produktu będącego przedmiotem umowy
- zastąpienie produktów dotychczas dostarczanych w ramach realizacji niniejszej Umowy produktami o wyższej jakości, w przypadku dostępności na rynku takich produktów, pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu
- dodanie numeru katalogowego produktu w przypadku, gdy produkt o dodawanym numerze katalogowym spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, a cena produktu o dodawanym numerze katalogowym nie jest wyższa niż cena produktów będących podstawą wyboru oferty Wykonawcy?

**Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie nr 9

Dotyczy Rozdziału X pkt 4.1

Czy nie nastąpiła omyłka w wymogu złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej (Załącznik nr 4) wraz z ofertą zamiast na żądanie? Zgodnie z treścią tego oświadczenia, wykonawca informuje Zamawiającego, że należy lub nie należy do tej samej grupy kapitałowej w innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę / ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawcy w chwili tworzenia oferty nie mają wiedzy na temat jej potencjalnych uczestników.

**Odpowiedz: Tak, nastąpiła pomyłka pisarska, wymóg dostarczenia oświadczenia będzie realizowany na żądanie Zamawiającego po zakończeniu procedury zbierania ofert.**

#### Pytanie nr 10

Jesteśmy producentem wysokiej jakości implantów kręgosłupowych, które oferujemy w bardzo przystępnych cenach. W związku z powyższym prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo produkty równoważne o następujących parametrach technicznych:

Pakiet 1 pozycja nr 1: produkt nr 1,3,4, 5 i 8

Pakiet 1 pozycja nr 2: produkt nr 17

Pakiet 1 pozycja nr 3: produkt nr 1,3,4,6

Pakiet 1 pozycja nr 6: produkt nr 15 i 16

Pakiet 1 pozycja nr 16: produkt nr 13 i 14

Pakiet 1 pozycja nr 8: produkt nr 9,10 i 3

Pakiet 1 pozycja nr 13: produkt nr 11 i 12

Pakiet 7 pozycja nr 1: produkt nr 12

Pakiet 6 pozycja nr 1: produkt nr 16 ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych, przedmiot zamówienia musi być dokładnie zgodny z przedstawionym opisem przedmiotu.**


#### **Pytanie nr 11**

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w załączniku nr 2 do Ogłoszenia w pakiecie nr 10 w lp. 2 dopuści zaferowanie produktu o następujących parametrach:

*Trzpień bezcementowy prosty, uniwersalny typu Zweimuller, bezkońierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, porowaty na całej powierzchni, w wersji standard 131° i lateralizowanej 127° , dostępny w 14 rozmiarach dla wersji standard i 7 dla lateralizowanej, konus 12/14?*

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, dopuszczamy tylko pełny pakiet producenta implantów - czyli trzpień+panewka+wkładka+głowa.**

Zatwierdził

V-ce PREZES ZARZĄDU  
ds. leczniczo-rehabilitacyjnych  
  
prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

Sprawę prowadzi: Bartłomiej Wirkus

tel. 22 703 05 33

e-mail: bartlomiej.wirkus@ckr.pl